



AD/SC/015/2019 ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS

SIENDO LAS 11:00 ONCE HORAS DEL DÍA VIERNES 17 DE MAYO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE SE DA INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, PREVISTA PARA EL DÍA EN EL QUE SE ACTÚA, EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. ENCONTRÁNDOSE PRESENTE LIC. BEATRIZ ANGÉLICA PIMENTEL GUTIÉRREZ, SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; LIC. DORA MARIA FAFUTIS MORRIS, DIRECTORA DE SERVICIOS; LIC. ROCIO HERNÁNDEZ CRUZ RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL; ASÍ COMO LIC. MARCELA PLASCENCIA SANTOS COTIZADOR DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES.

Asistiendo al presente acto el proveedor:

1. FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX
2. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ en representación de ORTOGAR S.A. DE C.V.

Quien ha quedado debidamente registrado en la lista de asistencia que se adjunta la presente, formando parte integral de la presente acta.

Se da inicio a la Junta de Aclaraciones respecto a la licitación pública nacional número **AD/SC/015/2019 ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS**; con las palabras de bienvenida de parte de la LIC. BEATRIZ ANGÉLICA PIMENTEL GUTIÉRREZ, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, quien agradece la asistencia de los presentes y procede a pasar la lista de asistencia la cual fue debidamente firmada y se agregó al expediente de la Junta de Aclaraciones. -----

La C. **MARCELA PLASCENCIA SANTOS**, procede a explicar las generalidades del programa de Sillas de Ruedas así como las de la Licitación Pública; continúa dando lectura a las partidas de la licitación pública Local número **AD/SC/015/2019 ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS**, descritas en el anexo 1 de las bases:

Las características mínimas solicitadas son las especificadas en el siguiente cuadro; el proveedor podrá ofrecer mejores beneficio pero no podrá ofrecer menos a lo solicitado a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	CANTIDAD
1	Silla de ruedas para parálisis cerebral modelo srm8 PCI fabricada a medida y necesidad del paciente. Con cuadro de acero ligero, con respaldo fijo cromada, descansa pies ajustables de altura, vestiduras acojinadas en tela tipo tiburón resistente en color negro, horquillas en aluminio, ruedas de poliuretano, llantas resistentes de uso diario, cámara de aro impulsor de aluminio anodizado, masa de rin de aluminio, con rayos de acero inoxidable, según la necesidad de cada paciente.	10
2	Silla de ruedas eléctrica izzy go 4 con especificaciones de acuerdo al usuario, respaldo bajo. Con cuadro de acero ligero, con respaldo fijo cromada, descansa pies ajustables de altura, vestiduras acojinadas en tela tipo tiburón resistente en color negro, horquillas en aluminio, ruedas	10

AD/SC/015/2019 ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS

	de poliuretano, llantas resistentes de uso diario, cámara de aro impulsor de aluminio anodizado, masa de rin de aluminio, con rayos de acero inoxidable, según la necesidad de cada paciente.	
3	Silla de ruedas tapicería acojinada en poliéster reforzada, descansa pies desmontable y abatible, rin trasero de 24", en policarbonato o rayo freno de palanca, aro propulsor, rueda delantera de 8", infantil o juvenil. Con cuadro de acero ligero, con respaldo fijo cromada, descansa pies ajustables de altura, vestiduras acojinadas en tela tipo tiburón resistente en color negro, horquillas en aluminio, ruedas de poliuretano, llantas resistentes de uso diario, cámara de aro impulsor de aluminio anodizado, masa de rin de aluminio, con rayos de acero inoxidable, según la necesidad de cada paciente.	10
4	Silla pediátrica de ruedas semi-deportiva ligera uso diario, con cuadro plegable, cinturón pélvico, rin de aluminio de 24", de 36 rayos, aro propulsor con eje central a dedo medio, sin descansabrazos, con protector de ropa, descansa pies ajustables. Con cuadro de acero ligero, con respaldo fijo cromada, descansa pies ajustables de altura, vestiduras acojinadas en tela tipo tiburón resistente en color negro, horquillas en aluminio, ruedas de poliuretano, llantas resistentes de uso diario, cámara de aro impulsor de aluminio anodizado, masa de rin de aluminio, con rayos de acero inoxidable, según la necesidad de cada paciente.	10
5	Silla de ruedas estándar modelos 12,14, 16 y 18. Con cuadro de acero ligero, con respaldo fijo cromada, descansa pies ajustables de altura, vestiduras acojinadas en tela tipo tiburón resistente en color negro, horquillas en aluminio, ruedas de poliuretano, llantas resistentes de uso diario, cámara de aro impulsor de aluminio anodizado, masa de rin de aluminio, con rayos de acero inoxidable, según la necesidad de cada paciente.	10

Se procede a dar lectura a las preguntas presentadas por ORTOGAR, S.A. DE C.V. las cuales son aprobadas en su totalidad y las cuales se transcriben a continuación:

1. RESPECTO PARTIDA 1. Se pregunta si la estructura puede ser de aluminio para cumplir con el requerimiento de ligero, ya que el acero es muy pesado,
2. RESPECTO A LA PARTIDA 2, SE REFIEREN A SCOOTER?
3. RESPECTO A PARTIDA 3 ¿es indispensable la horquilla el aluminio?
4. RESPECTO PARTIDA 5 ¿A qué se refiere el respaldo cromado?

--- En uso de la voz la LIC. **ROCIO HERNÁNDEZ CRUZ** RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL da contestación de la siguiente manera:

A LA PRIMERA.- En relación a la partida # 1 si se puede cambiar siempre y cuando tenga doble capa de espesor.

A LA SEGUNDA.- No es scooter, es silla eléctrica.

A LA TERCERA.- Únicamente para la partida 4 será horquilla de aluminio, para las demás partidas la horquilla será de acero inoxidable.

A LA CUARTA.- Es respecto el terminado de la estructura metálica del respaldo de las sillas.





AD/SC/015/2019 ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS

Se procede a dar lectura a las preguntas presentadas por FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX, las cuales son aprobadas en su totalidad y las cuales se transcriben a continuación:

RESPECTO A LA PARTIDA 1 UNO.

1. Dice con respaldo cromado. Seria reclinable y terminado en pintura epoxica?
2. Dice Vestidura acojinada en tela tipo tiburón. Pudiera ser vestidura poliéster reforzada con cortilona y acojinada en color negro?
3. Dice horquillas en aluminio. Pudiera ser horquillas en acero ligero de alta resistencia al impacto?
4. Dice cámara de aro impulsor de aluminio, anonizado, masa de rin aluminio rayo de acero inoxidable. Puede ser llanta trasera de 20" en abs resistente al impacto, con llanta neumática?

En relación a la partida 2 DOS

Con respecto a la descripción señalada a la silla IZZY GO 4 en las especificaciones mencionadas, no concuerda con este artículo. Esta silla no cuenta con aro impulsor, ni terminados en cromo.

En relación a la partida 3 TRES

- a) Dice con respaldo fijo cromado. Puede ser terminado en pintura epoxica?
- b) Dice vestidura acojinada en tela tipo tiburón. Pudiera ser vestidura poliéster reforzada con cortilona y acojinada color negro?
- c) Dice horquillas en aluminio. Pudiera ser horquilla en acero ligero de alta resistencia al impacto?
- d) Dice cámara de aro impulsor de aluminio. Anonizado, masa de rin aluminio con rayo de acero inoxidable. Puede ser llanta trasera de 24" de polipro con carga resistente al alto impacto, con cañuela o llanta solida?

En relación a la partida 4 CUATRO

- a) Dice cámara de aro impulsor de aluminio anodizado, masa de rin aluminio con rayo de acero inoxidable. Puede ser llanta trasera de 20" en ABC resistente al alto impacto, con llanta neumática?

En relación a la partida 5 CINCO

- a) Dice con respaldo cromado. Puede ser terminado en pintura epoxica?
- b) Dice vestidura acojinada en tela tipo tiburón. Pudiera ser vestidura poliéster reforzada con cortilona y acojinada en color negro?
- c) Dice horquillas en aluminio. Pudiera ser horquilla en acero ligero de alta resistencia al impacto?



AD/SC/015/2019 ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS

- d) Dice cámara de aro impulsor de aluminio. Anonizado, masa de rin aluminio con rayo de acero inoxidable. Puede ser llanta trasera de 24" de polipro con carga resistente al alto impacto, con cañuela o llanta solida?

--- En uso de la voz la **LIC. ROCIO HERNÁNDEZ CRUZ** RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL da contestación de la siguiente manera:

RESPECTO A LA PARTIDA 1 UNO.

A LA PRIMERA.- Si, ya que al ser PCI si se necesita movible, por error se describió respaldo fijo.

A LA SEGUNDA.- Pueden ser pintadas con pintura epóxica.

A LA TERCERA.- Con la de darles mayor comodidad a los beneficiarios se acepta que sea tela poliéster con cortilona ya que es más fresca que la tipo tiburón. Buscando que sean frescas, cómodas y sobre todo resistentes.

A LA CUARTA.- si.

A LA QUINTA.- Si.

RESPECTO A LA PARTIDA DOS.

A LA PRIMERA.- Se declara desierta la partida dos, ya que las generalidades del programa de apoyo de sillas de ruedas 2019 no habrá silla de ruedas eléctricas.

RESPECTO A LA PARTIDA TRES.

A LA PRIMERA.- Si.

A LA SEGUNDA.- Si.

A LA TERCERA.- Si

A LA CUARTA.- Si, con la finalidad de una mayor durabilidad.

RESPECTO A LA PARTIDA CUATRO.

A LA PRIMERA.- Si.

RESPECTO A LA PARTIDA CINCO.

Quedan respondidas en las preguntas anteriores.

--- En uso de la voz la **LIC. BEATRIZ ANGÉLICA PIMENTEL GUTIÉRREZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**, les solicita **MUESTRAS DE LAS SILLAS** que nos cotizaran con la finalidad de revisión.



AD/SC/015/2019 ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS

física de las mismas, deberán de ser entregadas el día de entrega de propuestas JUEVES 23 VEINTITRES DE MAYO antes de las 12:00 DOCE HORAS. La apertura de propuestas se llevará a cabo en Sala de usos múltiples, ubicada en el mismo domicilio de la entrega de propuestas.

--- Al no haber más preguntas y asuntos que tratar, se procede a dar por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las DOCE HORAS con TREINTA MINUTOS del día VIERNES DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, para constancia y demás efectos legales a que haya lugar. -----

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco; a 17 DE MAYO del 2019.

LIC. BEATRIZ ANGÉLICA PIMENTEL GUTIÉRREZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES

LIC. DORA MARIA FAFUTIS MORRIS,
DIRECTORA DE SERVICIOS

LIC. MARCELA PLASCENCIA SANTOS
COTIZADOR DE LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES

LIC. ROCIO HERNÁNDEZ CRUZ
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO
SOCIAL